

Reinfusione di calcio

La quantità di calcio, legata nel complesso calcio-citrato ed eliminata attraverso il filtro e dispersa nell'effluente, deve essere compensata al fine di evitare ipocalcemia nel paziente. Per la reinfusione di calcio è necessario utilizzare un catetere venoso centrale separato (preferibile) oppure un catetere venoso periferico. Per determinare la quantità di calcio necessaria per la reinfusione, è necessario monitorare il livello di calcio. I campioni possono essere sia arteriosi che venosi. Il livello di calcio sierico che si intende raggiungere nel sangue sistemico del paziente è di 1,0-1,3 mmol/l.